

高压蒸気滅菌器仕様書

1 納入機器及び数量

平山製作所製 HRG-112 1台

2 納入場所

安城市保健センター 薬品・消毒室（1階）

安城市横山町下毛賀知106番地1

3 納入期限

平成28年3月25日（金） 納入日は、発注者と事前に協議すること。

4 作業内容

旧品（平山製作所製HRH-110型）の撤去

納入機器の搬入、設置、動作確認

5 現況図

平山製作所製HRH-110型



撤去し、納入機器を入れる

6 注意事項

- (1) 設置場所については、必要に応じて発注者立会いの上、事前に確認を行っておくこと。
- (2) 作業にあたり、施設利用者及び関係者に注意し、十分な安全対策を図ること。
- (3) 作業の際には、養生を施す等の措置をし、施設に汚損・棄損等がないよう注意して行うこと。
- (4) 設置に際し、施設に損害を与えた場合は、直ちに発注者に連絡すると共に、受注者の責任において復旧すること。
- (5) 通常使用により故障した場合、備品の納入後1年間は無償修理に応じること。
- (6) 既存機器の撤去、廃棄は、廃棄物処理法に基づき適正に手続きをすること。
- (7) 作業時に発生する梱包材等の廃材は、受注者が全て処分すること。
- (8) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者双方協議の上、行うこととする。

問い合わせ先 担 当 子育て健康部健康推進課予防係 高橋

電 話 0566-76-1133

FAX 0566-77-1103

電子メール kenko@city.anjo.aichi.jp